

По документу № B0000002940 від 29.10.2024

Пластир перцевий В-Health™ 10см x 18см, перфорований
76/4124



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 413/1024

Пластир Перцевий В-Health
Перфорований 10см(см) x 18см(см)

Серія № 76/4124

Дата виготовлення: 10. 2024

Термін придатності: 02. 2029

Кількість продукції в серії: 1 806 уп.

Декларація про відповідність №9ПП-2020 від 06.03.2022р.


Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-001

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластирі повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.1	Перфорований пластир тілесного кольору на тканинній основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень.	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4;Таблиця 1	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 18 см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	18,0 см	Відповідає
	Ширина – 10см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	10,0 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	85 г/м ²	Відповідає
	Густина основи, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	115 г/м ²	Відповідає
Міцність	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.4	260,0 гс/см	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.8	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

Висновок: Пластир Перцевий В-Health 10см(см) x 18см(см) перфорований, серії 76/4124, дата виготовлення: 10.2024, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-001 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва
08.10.2024 р.



Зименко О.В.

Вручене за підписом керівника 31.10.2024