



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165 А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП 8-СОП-1-В, версія 2024 01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

Назва продукції	Виконання	
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна, ТМ "Білосніжка"	рулон	25 г
		50 г ✓
		100 г

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-1

Дата виготовлення

2024-10

Дата закінчення терміну придатності

2029-10

Номер партії (LOT)

10

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21 2-38935759-001:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		25 г	50 г	100 г	
1	Склад	Бавовна			Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Вата медична повинна бути добре прочесана, зберегти зв'язок між волонами і легко розшаруватись на паралельні шари довільної товщини. Вата медична фасована у вигляді рулону			Відповідає
3	Засміченість, %, н/б	1,50			Відповідає
4	Наявність сторонніх домішок: голочок, скалок, та ін	Не допускається			Відповідає
5	Вологість, % н/б	8,0			Відповідає
6	Здатність до поглинання, г н/м	9			Відповідає
7	Капілярність, мм н/м	67			Відповідає
8	Реакція водної витяжки	Нейтральна			Відповідає
9	Ступінь білизни для стерильної вати, %, н/м	51			Відповідає
10	Стерильність	стерильна			Відповідає
11	Запах	Не допускається			Відповідає
12	Маркування пакування	пп 3.5, 3.6 ТУ У 21 2-38935759-001 2014			Відповідає
13	Герметичність споживчого пакування	Пакування повинно бути герметичне			Відповідає
14	Маса вати, г	25±2,0	50±4,0	100±5,0	Відповідає
15	Розміри пакунок вати, мм	(80±10) x (37±5)	(80±10) x (53±5)	(100±10) x (78±10)	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21 2-38935759-001 2014

Начальник ВТК
(Посада)



Наталія Сухарьма
(Підпис)

Наталія Сухарьма
(П.І.Б.)



Дата оформлення паспорту 10 2024р

Вх. ам. 50348
27.11.24