



Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"  
Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. (056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

## Сертифікат якості № 2022-03/23

### Бинт марлевий медичний нестерильний 7m(м)x14 cm(см) тип 17 марлі ТМ "Екобінт"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

Дата виготовлення:	2022-03	Партія №	020322
Кількість виробів у партії: 100 000 од.			

**ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.

**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

### ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Довжина, m(м)	7,0 ± 0,5	6,75
Ширина, cm(см)	14,0 ± 1,0	13,5
Товщина, mm(мм)	Не більше 30	26
Якість виробів	Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромою) довжиною не більше 0,5 см.	Відповідає
Ступінь білини <sup>1</sup>	Не менше 80%	Відповідає
Капілярність <sup>1</sup>	Не менше 7,0 см	Відповідає
Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає
Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н	30	Відповідає
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Герметичність споживчої тари	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає

<sup>1</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії

**ВИСНОВОК:** Бинт марлевий медичний нестерильний 7m(м)x14 cm(см) тип 17 ТМ "Екобінт" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Заступник директора з якості



Т.М. Капустіна

*Вх аналіз № 0369 від 24.03.2022р.*