



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

☎ (061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02414 від 9 травня 2024 р.

Назва медичного виробу: **Відріз марлевий медичний нестерильний 5 м*90 см**

Номер партії: 07

Термін придатності: Травень 2030 р.

Дата виробництва
(випуску) продукції: 7 травня 2024 р.

Кількість продукції в серії: 3 009 шт

Аналіз виконано згідно: ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Розміри	Довжина, м 5,00 ± 0,12	4,99
	Ширина, см 90 ± 4	90,0
Опис	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає
Кількість оверлочних швів	В комплекті дозволяється один оверлочний шов	Відповідає
Кількість відрізів довжиною 5 м у комплекті	1 шт.	Відповідає
Упаковані відрізи повинні мати розміри	Довжина, см 24 ± 5	19,8
	Товщина, см 6,0 ± 1,5	6,1
Маркування	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Дата 09.05.2024

Начальник ВКЯ

Штамп

Каллер І.В.



Рух. акт № 1345 від 09.05.24