

Паспорт
на Тест для виявлення антигенів *H. Pylori*
CITO TEST® *H. Pylori* Ag

серія: HPG24050014
каталожний номер: ВНРСР310
використати до: 26.05.2026 р.

2. Показники специфікації

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУВАННЯ	ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧУТЛИВІСТЬ	Позитивний	10 хвилин
СПЕЦИФІЧНІСТЬ	Негативний	10 хвилин

2. Зовнішній вигляд та комплектність:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ
Тест	Пройшов
Пробірка з розчинником	Пройшов
Інструкція	Пройшов

Показники якості Тесту для виявлення антигенів *H. Pylori* CITO TEST® *H. Pylori* Ag, серія HPG24050014, відповідають ТУ У 20.5-32208905-006:2016.
Серію визнано придатною до використання.

Менеджер з контролю якості: Вустенко М.

В. Вустенко

17.07.2024
В. Вустенко

Підпис

Дата

11.07.2024 р.

