


Liepaja Special Economic Zone LLC "NordePlast"
 VAT number: 42103074684
 Latvia, Liepaja, Ziemeļu str. 19, LV-3405
 Phone number: +371 20037773
 e-mail: info@nordeplast.com



QUALITY CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Medical adhesive non-woven tape "EcoPore" 2,5 cm x 5 m

Пластир медичний нетканый 2,5 см x 5 м "ЕкоПор"

Liepaja / Лієпая, 27.01.2022

Date of manufacture / Дата виготовлення – 2021-12

Expiry date / Термін придатності – 2026-11

LOT number (пластикова котушка)/ Партія – 20210720

Name / Назва		Unit / Одиниця виміру	Technical data / Технічні дані	Technical Requirement / Технічна вимога	Actual Result / Фактичний результат
Appearance / Зовнішній вигляд / Внешний вид			Plaster is a clean, even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир чистий, гладкий, промазаний клеєм, без плям, на задній частині пластиру не нанесений клей	Plaster should be Clean even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир повинен бути чистим, гладким, промазаним клеєм, без плям, на задню частину пластиру не наноситься клей	OK / Відповідає
Size / Розмір	Width / ширина	cm	2,5 cm x 5 m	Permissible deviation of linear sizes not more than 10% / Допустиме відхилення лінійних розмірів не більше 10%	OK / Відповідає
	Length / довжина	m			OK / Відповідає
Glue content / Вміст клею		g/m ²	30	not more than 100 / не більше 100 /	OK / Відповідає
Resistance to peeling adhesive layer / Опір відшарування липкого шару		N/m	58,84	not less than 25 not more than 200 / не менше 25 не більше 200 /	OK / Відповідає
The conclusion: The product in conformity with the technical requirements of standard / Висновок: продукт відповідає технічним вимогам стандарту					

Liepaja special economic zone LLC "NordePlast"
 Лієпайська спеціальна економічна зона ТОВ «НордеПласт»
 Quality manager Viktorija Bērzkalne
 Менеджер з якості Вікторія Берзкальне



Вх. акт № 1929 від 21.01.24