

3

Ханчжоу Тестсіе Біотекнолоджі Ко., Лтд.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19

Серія №: COVG24082201

Опис: Тест-касета (1 набір/упаковка)

Зовнішній вигляд: герметично запакована у пакет з фольги

Дата виробництва: 22.08.2024

Придатний до:

21.08.2026

ПОКАЗНИК ТЕСТУВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ	КОМЕНТАРІ
Зразок з негативним зразком	(-) Негативний	Відповідає
Слабо позитивний зразок	(+) Позитивний	Відповідає
Сильно позитивний зразок	(+) Позитивний	Відповідає

Інші показники

Час появи контрольної лінії (C)	90 секунд	Відповідає
Фон	Зрозумілий через 15 хвилин	Відповідає
Візуальна якість	Компоненти щільно зібрані, добре запаковано. Недоліки відсутні.	Відповідає

Цей продукт був протестований та затверджений відповідно до критеріїв Контролю якості з ефективності тестування.

Керівник відділу контролю якості: *Підпис*

Перевірив: *Підпис*

Затвердив: *Підпис*

Печатка

Дата проведення аналізу: 31.08.2024

*Вх. ан. 50112
12.09.24 [Signature]*