

Приватне підприємство "Чарлі"

Україна, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, +38(057) 780-85-80

Private enterprise "Charlie"

Ukraine, Kharkiv, Poltavsky Shlyakh St., 123, +38(057) 780-85-80

Сертифікат якості/ Quality certificate №1992

Найменування медичного виробу: ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО спрей 30 мл (ml) /
Name of the medical device: DEFLU®SILVER THROAT spray 30 ml

Форма випуску: спрей 30 мл /Release form: spray 30 ml

Декларація відповідності: №.04 -23/03 Версія 1 від 12.07.2023, дійсна до 11.07.2028 р./
Declaration of conformity: No. 04 -23/03 Version 1 dated 12.07.2023, valid until 11.07.2028.

Партія/ Batch: 0402224

Дата виробництва/ Date of manufacture: 2024.04

Використати до/ Use by: 2027.04

Кількість в партії/ The quantity in the batch is - 25707 шт./pcs.

Аналіз проведено згідно Методам контролю якості готового продукту/ The analysis was carried out according to the Methods of quality control of the finished product

Найменування показників / Name of the of indicators	Норма/ Norma	Факт/ Fact
1. Зовнішній вигляд/ Visual appearance	Прозора рідина/ Clear liquid	Відповідає/ Conform
2. Колір/ Color	Від зеленого до коричневого/ From green to brown	Відповідає/ Conform
3. Запах/ Smell	Властивий запаху даного продукту/ The inherent smell of this product	Відповідає/ Conform
4. Водневий показник, рН/ pH	5,0 – 9,0	7,1
5. Термостабільність/ Thermal stability	Стабільна/ Stable	Стабільна/ Stable
6. Колоїдна стабільність/ Colloidal stability	Стабільна/ Stable	Стабільна/ Stable
7. Масова доля води і летких речовин, %/ Water content %	65,0- 98,0	88,6
8. Кількість мезофільних, аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше/ Total Plate Count, max.	100	Відповідає/ Conform
9. Бактерії родини Enterobacteriaceae, в 1 г/ Enterobassteriaceae, per 1 g	Не допускаються/ Not allowed	Відповідає/ Conform
10. Плісеневі та дріжджові гриби, в 1 г/ Mould and yeast fungi, per 1 g	Не допускаються/ Not allowed	Відповідає/ Conform



For all №0537 Ver 30/04/24

гриби, в 1 г не більше / Yeasts / Moulds, per 1 g		
11. Staphylococcus aureus, в 1 г / Staphylococcus aureus, per 1 g	Не допускаються / Not allowed	Відповідає / Conform
12. Pseudomonas aeruginosa, в 1 г / Pseudomonas aeruginosa, per 1 g	Не допускаються / Not allowed	Відповідає / Conform

Висновок: партія 0402224 відповідає методам контролю якості готового продукту /
 Conclusion: batch 0402224 complies with the Methods of quality control of the finished product

Підпис лаборанта / Signature of the laboratory assistant / Скотников В.Р. (прізвище)

Мікробіолог / Signature of the microbiologist / Коваленко О.В. (прізвище)

Начальник відділу управління якістю / Quality assurance manager

Аврамчук А.О. (прізвище) / Нібул



Дата (Date): 14.05.2024

