

Бланк компанії

### СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ПРОДУКТ	Хьюмер 050 Гіпертонічний, спрей назальний, 50 мл у балоні
Номер продукту:	552448
САП серії:	11039
Номер серії:	12638
Дата виробництва:	06.2021
Дата закінчення терміну придатності:	05.2024
Дата реліза:	30.09.2021
Поставка:	20639864
Замовлення:	153625979
Замовлення клієнта:	NOVEMBER ORDER #691
Клієнт:	ТОВ «ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ»
Кількість серії:	4.223 уп.

Показники	Специфікація	Результати
Зовнішній вигляд	Прозорий розчин та практично безбарвний	Відповідає
Тиск азоту	6,5 - 9,5 бар	7,6 бар
Осмотичний тиск	630 - 770 мосмоль/кг	720 мосмоль/кг
Об'єм, що витягається	≥ 50 мл	52 мл
Важкі метали	≤ 0,1 ppm	Відповідає
pH	7,0 - 8,0	7,3
Параметри стерилізації	Відповідно ISO 11137	Відповідає

Я підтверджую, що ця серія була виготовлена у відповідності до Європейської НВП, реєстраційних документів, специфікації та діючого законодавства.

**ВИСНОВОК: СХВАЛЕНО**

Підтверджуючий підпис /Підписано/

Дата: 12.10.2021

ШТАМП



ТОВ "Вента. ЛТД"  
Уповноважена особа  
Кукліна Т.Л.

Вухан №0330 об 02.02.22