

**Ansell**

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ				
НАЗВА ПРОДУКТУ	MEDI-GRIP® PF, Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри		Кількість ящиків	641
ВИРОБНИК	АНСЕЛЛ ХЕАЛСКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ		Дата виробництва:	2020/12/25
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ	ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА		Термін придатності	2023/12/25
			Серія:	2012576904
Характеристики	Специфікації	Середнє значення	Мінімум	Максимум
Фізичне вимірювання	S-2 AQL 4.0			
Мінімальна довжина, мм				
5.5	≥ 250	-	-	-
6.0	≥ 260	287	287	287
6.5	≥ 260	286	285	288
7.0	≥ 270	290	285	296
7.5	≥ 270	292	290	293
8.0	≥ 270	-	-	-
8.5	≥ 280	290	290	290
9.0	≥ 280	287	287	287
9.5	≥ 280	-	-	-
Ширина долоні, мм				
5.5	68-76	-	-	-
6.0	72-82	78	78	78
6.5	78-88	84	83	85
7.0	84-94	90	90	90
7.5	90-100	94	94	94
8.0	96-108	-	-	-
8.5	102-114	107	107	107
9.0	108-120	115	115	115
9.5	115-127	-	-	-
Товщина, мм				
S-2 AQL 4.0 (одинарна стінка)				
Палець	0.130 (мінімум)	0.237	0.228	0.239
Долоня	0.130 (мінімум)	0.222	0.216	0.225
Манжета	0.130 - 0.300	0.248	0.235	0.257
Фізичні властивості	Середнє значення			
Перед прискореним старінням				
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)		24.7 N	
Після прискореного старіння				
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)		23.1 N	

План вибірки: G1 AQL: 0.65

РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000ML)

ДАТА ТЕСТУВАННЯ	РОЗМІРИ	РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ)	ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО	БРАКУВАЛЬНЕ ЧИСЛО	ВИЯВЛЕНО	ПРИНЯТО/ВІДХИЛЕНО
01/01/2021	6.0/6.5/7.0/7.5/8.5/9.0	315	5	6	2	ПРИНЯТО

Номер документу - EX-S8-5-AF-B

СЕРТИФІКАТ ІРРАДІАЦІЇ COVALT-60

Мінімальна доза: 25,00 кГр

\* Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання компанією Ansell N.P. SDN. BHD.

Проаналізовано (підпис)

Затверджено (підпис)

Дата: 02/01/2021

Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

Підготовано:

Фахівець лабораторії (підпис)

Дата: 11/01/2021

\* *Доповнений витяг перекладу*

Переглянуто та затверджено:

Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)

Дата: 11/01/2021



6x ckm 2564  
2505 21 79