

Переклад з англійської мови на українську  
на фірмовому бланку компанії Bausch & Lomb

<b>СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ</b>
Партія розчину: ReNu Advance
Партія: MI2518
Срок придатності: 09/2025

МЕТОДИКА ВИПРОБУВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ
pH TP7801 (обмеження 7.5 - 7.9)	7.7
Осмоляльність TP7803 (обмеження 240-300mOsm/kg)	276
Колір TP8090 (обмеження NMT 10 одиниць APHA)	2
Прозорість TP7873 (обмеження NMT15 FTU)	0
Рівень заліза TP8251 або ICP-MSQ.Lab (обмеження NMT64ppb)	21
РАРВ TP8339 (обмеження 0.4-0.6 ppm)	0.5
AlexidineDihydrochloride-TP8339 (обмеження 1.7-2.2ppm)	2.1
PQ-1TP8340 (обмеження 1.2-1.7ppm)	1.5

МЕТОДИКА ВИПРОБУВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ
Стерильність 1BP010-MIL	СТЕРИЛЬНО

МЕТОДИКА ВИПРОБУВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ
Об'єм TP7805 (обмеження: не менше заявленого на етикетці) мл	366,2

Підсумок
ВІДПОВІДАЄ

Коментар Менеджера контролю якості
------------------------------------

Електронні підписи є еквівалентом власноручних підписів
---------------------------------------------------------

Вх. ан. Б 0995  
19.03.24

