



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
11-JUL-2024	3001674642
	Page 1 of 4 Сторінка 1/4

Material Description:

Продукт	SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/50mcg/Dose 120 Doses in can №1
Material Number:	СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/50 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
Код продукту	60000000002632
Package Size / Type:	60000000002632
Розмір / тип пакування	1 inhaler/carton
Marketing Authorisation Number:	1 балон в картонній коробці
Номер реєстраційного посвідчення	UA/4827/01/01
Manufacturing Authorisation Number:	UA/4827/01/01
Номер ліцензії на виробництво	2022_151_1_2
Manufacturer name, address:	2022_151_1_2
	Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France

Найменування, місцезнаходження виробника :

Глаксо Веллком Продакшн, Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз'є, 27000 Евре, Франція

Strength of preparation/Efficiency:

Active drug substances: salmeterol (as salmeterol xinafoate) and fluticasone propionate; one dose of the product contains 25 mcg of salmeterol (as salmeterol xinafoate)* and 50 mcg of fluticasone propionate. * 36.3 mcg Salmeterol Xinafoate is equivalent to 25 mcg of salmeterol.

Сила дії/ Активність:
діючі речовини: сальметерол (у формі сальметеролу ксинафоату), флютиказону пропіонат;
1 доза препарату містить 25мкг сальметеролу (у формі сальметеролу ксинафоату)* та 50 мкг флютиказону пропіонату.
* 25 мкг сальметеролу еквівалентно 36,3 мкг сальметеролу ксинафоату.

Regulatory Statement:

Заява про сертифікацію:

We hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and the specifications in the Marketing Authorization of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP and has been released by a Qualified Person.

Цим ми підтверджуємо, що наведена інформація є справжньою і точною. Серія препарату була виготовлена, включаючи пакування/маркування та контроль якості, на зазначеній вище виробничій дільниці в повній відповідності до вимог Належної виробничої практики (GMP), встановлених місцевим регуляторним відомством, а також в повній відповідності до специфікацій, передбачених у реєстраційному досьє країни - імпортера. Документація стосовно виробничого процесу, пакування і аналізу серії була перевірена, і було встановлено, що вона відповідає вимогам Належної виробничої практики (GMP) і дозволена до реалізації Уповноваженою особою.

Batch size in packs: 4 900
Розмір серії в уп: 4 900

Batch N°: M27T
Серія №: M27T

EXPIRY DATE
(Кінцевий термін придатності): 03 2026

Manufacturing date:
(Дата виробництва): 04 03 2024

Importing Country: Ukraine
Країна-імпортер : Україна

Handwritten signature and date: 19.08.24



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Certificate Date/
Дата сертифікату
11-JUL-2024

Certificate Number
Номер сертифікату
3001674642
Page 2 of 4
Сторінка 2/4

Material Description:

Продукт

Material Number:
Код продукту
Batch №: M27T
Серія №: M27T

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
50mcg/Dose 120 Doses in can №1
СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
50 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
60000000002632
60000000002632

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
DESCRIPTION ¹ Опис ¹	Metal can with concave base fitted with a metering valve. Металевий балон з увігнутою основою, оснащений дозуючим клапаном.	COMPLIES Відповідає
IDENTITY ^{2/} HPLC Ідентифікація ^{2/} ВЕРХ	The principal retained peaks in the HPLC chromatogram of the sample correspond with the peaks produced by analytical working standards of salmeterol and fluticasone propionate. Час утримання основних піків на хроматограмі зразка співпадає із часом утримання піків сальметеролу ксинафоату та флютиказону пропіонату на хроматограмі розчину робочих аналітичних стандартів.	COMPLIES Відповідає
MEAN SALMETEROL CONTENT PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст сальметеролу на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	18.9 – 23.1 mcg 18.9 – 23.1 мкг	20.1 mcg 20.1 мкг
MEAN CONTENT OF FLUTICASONE PROPIONATE PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст флютиказону пропіонату на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання	39.6 – 48.4 mcg 39.6 – 48.4 мкг	42.9 mcg 42.9 мкг



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
11-JUL-2024	3001674642
	Page 3 of 4 Сторінка 3/4

Material Description:

Продукт

Material Number:

Код продукту

Batch №: M27T

Серія №: M27T

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg /50mcg/Dose 120 Doses in can №1

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/50 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

60000000002632

60000000002632

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
CONTENT UNIFORMITY (SALMETEROL / FLUTICASON PROPRIONATE) Однорідність вмісту (сальметерол і флутиказону пропіонат)	The requirements are met if the content of drug per actuation from not less than 18 out of 20 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside the range $\pm 35\%$ of the mean. If 3 or 4 of the results are outside $\pm 25\%$ of the mean but not outside $\pm 35\%$ of the mean, test an additional 10 canisters. The requirements are met if not less than 36 out of the 40 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside $\pm 35\%$ of the mean. Препарат витримує випробування, якщо вміст препарату на одне натискання у 18 із 20 результатів відхиляється від середнього не більш ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не виходить за межі $\pm 35\%$ від середнього. Якщо 3 або 4 результату відрізняються від середнього на $\pm 25\%$, але не перевищують $\pm 35\%$ від середнього, то проводять додаткове випробування на 10 аерозольних упаковках. Препарат відповідає вимогам, якщо не менше 36 із 40 результатів відрізняються від середнього не більше ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не відрізняються від середнього більш ніж на $\pm 35\%$.	COMPLIES Відповідає
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR SALMETEROL (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для сальметеролу (сума ступенів 3,4 і 5)	7 – 13 mcg 7 – 13 мкг	10 mcg 10 мкг

Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
11-JUL-2024	3001674642
	Page 4 of 4 Сторінка 4/4

Material Description:

Продукт

Material Number:

Код продукту

Batch №: M27T

Серія №: M27T

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg /50mcg/Dose 120 Doses in can №1

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/50 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

60000000002632

60000000002632

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR FLUTICASON PROPIONATE (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для флютиказону пропіонату (сума ступенів 3,4 і 5)	14 – 26 mcg 14 – 26 мкг	20 mcg 20 мкг
PARTICULATE MATTER ³ Механічні включення ³	For 50 actuation delivered through an actuator not more than 50 particles with size more than 100 µm present Не більше 50 часток розміром більше 100 мкм на 50 мірних доз	NOT PERFORMED Не проводився
LEAK RATE Випробування на герметичність	Mean leak rate of 12 inhalers is not more than 525 mg per year and the leak rate of no individual inhaler is greater than 750 mg/year. Complies with the requirements of the United States Pharmacopoeia. Середня швидкість витіку препарату в 12 інгаляторах не більше 525мг/рік та швидкість витіку ні в одному окремому інгаляторі не перевищує 750мг/рік. (Відповідає Фармакопеї США)	COMPLIES Відповідає

1-Actuator is not present at time of release testing, however it is present in final product\ Балон не оглядається при проведенні випробування при випуску, тим не менше, включений до опису готового лікарського засобу

2-Two identification tests are presented in the specification, the identification by HPLC test is carried out routinely and the IR method is given as an alternative\Представлені два методи випробування на ідентичність. Зазвичай використовують метод ВЕРХ, метод ІЧ спектроскопії представлений як альтернативний.

3- Test performed once every 5 batches\ Випробування проводять на 1 з 5 серій.

QP Name, Surname/
Ім'я, прізвище
Уповноваженої особи

NOEMIE RENAUDEAU

Signature/ Підпис



Date of signature /Дата підпису DD MM YYYY 11/07/2024