

Бланк Фідія Фармацевтічі

Код продукту 10000882-01
Дата випуску аналізу 30 травня 2023

Сертифікат аналізу

Продукт	ТРИУМ ФРІ OSD-флакон заповнений до 10 мл
Код серії ФІДІА	G13570
Код ФІДІІ	10000882
Дата виробництва	Березень 2022
Дата забору зразків	Травень 2022
Термін придатності	Березень 2024
Номер аналізу	890000037929 - 040000020895

ТЕСТ	ЛІМІТИ СПЕЦИФІКАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТИ
Зовнішній вигляд	Прозорий в'язкий, від безбарвного до блідно-жовтого кольору розчин без запаху	Відповідає
pH	7.0-7.4	7,2
Боратний буфер (ідентифікація)	Позитивний	Позитивний
В'язкість	6-14 сСт	14
Об'єм	≥ 10 мл	10
Осмолярність	270-330 мосмоль/кг	285
Вміст гіалуронової кислоти	0.12-0.18 %	0,15
Стерильність	Стерильно	Стерильно

Відповідає


Не відповідає

підпис

Док. Лука Пірроне
Фідія Фармацевтічі С.п.А.
Голова відділу контролю якості

Дата 22 вересня 2023

Сторінка 1 з 1



Рухановичев, Золоту