



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58

e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua

Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.В-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №8

Назва продукції	Виконання	
Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна, ТМ "Білосніжка"	рулон	25 г
		50 г
		100 г
		250 г

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-1

Дата виготовлення

2024-08

Дата закінчення терміну придатності

2030-08

Номер партії (LOT)

08


НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-001:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД				Результати перевірки
		25 г	50 г	100 г	250 г	
1	Склад	Бавовна				Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Вата медична повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари дозвільної товщини. Вата медична фасована у вигляді рулону				Відповідає
3	Засміченість, %, н/б	1,50				Відповідає
4	Наявність сторонніх домішок: голочок, склок, та ін.	Не допускається				Відповідає
5	Вологість, %, н/б	8,0				Відповідає
6	Здатність до поглинання, г, н/м	19				Відповідає
7	Каліярність, мм, н/м	67				Відповідає
8	Реакція водної витяжки	Нейтральна				Відповідає
9	Ступінь білизни для нестерильної вати, %, н/м	66				Відповідає
10	Запах	Не допускається				Відповідає
11	Маркування та пакування	пп 3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-001:2014				Відповідає
12	Маса вати, г	25±2,0	50±4,0	100±5,0	250±10,0	Відповідає
13	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним				Відповідає
12	Розміри пакунок вати, мм	(80±10) x (37±5)	(80±10) x (53±5)	(100±10) x (78±10)	(160±20) x (90±20)	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-001:2014.

Начальник ВТК
(підпис)



(Signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(п.п.б.)

Дата оформлення паспорту 08.2024р.

Вк. Сер. 25 02 82
18.10.2024

