

**Сертифікат якості продукту****Постачальник: Лаборатуар Лідеаль Парізьєн Сп. з о.о.****Одержувач: Мілі Хелскере Лімітед**

Назва продукту: Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості (номер звіту: 114/23)

Код продукту: -

Номер серії: LA3LD

Дата виробництва: 27.11.2023

Дата пакування: 07.12.2023, 08.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023, 18.12.2023, 20.12.2023, 21.12.2023, 22.12.2023

Дата закінчення терміну придатності: 11.2026

Параметри якості	Допустимі межі	Результати
Зовнішній вигляд	Безбарвний гель	Відповідає
Колір	Безбарвний, може бути злегка опалесцентним	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Механічні домішки	Не допускаються	Відповідає
Рівень рН	3,80 – 4,60	4,15
Розчинність у воді	Добре розчинний у воді	Відповідає
Густина	0,985 – 1,015 г/мл	1,014 г/мл
<b>Мікробіологічна чистота</b>		
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	<10 <sup>2</sup> КУО/г або КУО/мл	<1,0 × 10 <sup>1</sup> КУО/г
Загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС)	<10 <sup>1</sup> КУО/г або КУО/мл	<1,0 × 10 <sup>1</sup> КУО/г
Наявність <i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутні в 1 г або 1 мл	Відсутні в 1 г
Наявність <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні в 1 г або 1 мл	Відсутні в 1 г
Наявність <i>Candida albicans</i>	Відсутні в 1 г або 1 мл	Відсутні в 1 г

Вхачи 02/1705 190224 Jh

Готовий продукт був виготовлений відповідно до SPK/123, версія 04.

Дата видачі сертифіката 22.12.2023

Підпис особи, яка здійснила контроль */Підпис/*


Штамп: /Спеціаліст з якості

Наталія Дура/

Підпис особи, яка перевірила сертифікат */Підпис/*

Штамп: /Керівник відділу контролю якості

Магдалена Ласон/

Переклад вірний (Перекладач Представництва "Мілі Хелскере Лімітед" в Україні)  
Губарець Діана Ігорівна, диплом магістра КВ № 46023211, виданий 15.02.2014  
(спеціальність "Переклад") (  ) дата 31.01.2024