



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 183/0622

Пластир +103
на нетканій основі
5 м (м) x 1 см (см)

Серія № 520622

Дата виготовлення: 06. 2022

Термін придатності: 12. 2026

Кількість продукції в серії : 2 310 уп.

Декларація про відповідність №24-2017 від 07.12.2017р.

Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-001

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластирі повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.1	Пластир катушковий на нетканій основі без зморшок, забруднення, сторонніх включень. Рівномірно намотаний на втулку без розривів.	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4;Таблиця 2	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 5м ±5 % Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.3	5,01 м	Відповідає
	Ширини – 1 см ± 3,5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.3	1,0 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м2 Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.6	26,3 г/м ² *	Відповідає
	Густина основи, г/м2 Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.6	34,0 г/м ² *	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.7.9	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

* Випробування проведені Державним підприємством "Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Висновок: Пластир +103 на нетканій основі, 5 м (м) x 1 см (см), серії 520622, дата виготовлення: 06.2022, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-001 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5 до плюс 35°С.

Заступник директора з виробництва
16.06.2022 р.



Зименко О.В.

Вх.ак. 50439 від 11.01.2023 ЗІМ