



ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія  
«Марля Клуб Калита»

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,  
вул. Центральна, буд. 17, Україна  
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

## Паспорт

Відріз медичний марлевий нестерильний тип 17

Розмір 100см x90 см

Код партії/Lot: №003.2024.10.21

Дата виготовлення: 2024.10.21  
рік/місяць/число

Кількість продукції у партії 3315 шт.

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

### Результати випробувань

Номер п/п	Найменування показників	Вимоги по ТУ У 24.4-2569404817-2003	Результати вимірювання
1	Опис	Марлевий відріз складений рулончиком	відповідає
2	Довжина (м)	$1 \pm 0,1$	1,2
3	Ширина (см)	$90,0 \pm 1,5$	90,1
4	Розмір упаковки: Довжина, (мм) Ширина, (мм)	не більше 240 не більше 70	200 58
5	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
6	Маркування	згідно ТУ	відповідає

\*- за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015 Термін придатності: 10.2029

Місце печатки:

Начальник ВТК: Товмач О.М.  
(прізвище, підпис)

Вх-ак № 1106 від 11.11.2024

