



АТ «ЛУБНИФАРМ»
 УКРАЇНА, 37500, м.Лубни, вул. Баранкова, 16
 тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31

Сертифікат якості № 1303



БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
 НЕСТЕРИЛЬНІ (5м x 10см)
 (тип марлі 17)


Номер партії 4-2022

Кількість продукції в партії 39,05 т. шт.

Дата виробництва 28.10.2022 р.

Виробування проведено згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2018

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів: довжина ширина	5,0 + 0,2 м 10,0 + 0,5 см	4,87 м 9,7 см
2.	Товщина бинтів круглої форми	Не більше 30 мм	18 мм
3.	Капілярність	Не менше 7,0 см	7,3 см
4.	Розривне навантаження	Не менше 8 кгс	8,3 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2018	Відповідає
6.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2018	Відповідає
7.	Гарантійний термін зберігання Умови зберігання	10 років У сухому місці	2032-10



Висновок: Партія 4-2022 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-008:2018

Дата оформлення сертифікату 31.10.2022 р.



Михайло
 /підпис/

Шепельчук Є.В.
 /п.п.б./

Вр. а.н. №0609 Вр. 05.12.23
 ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 УНОВИВАНЕНА ОСОБА
 ШУТЬ М.Г. 31.10.2022

24