



«ЕВРОРЕСЕАРЧ» (EURORESEARCH) натуральні компоненти, природне лікування			
ФОРМА 043	Сертифікат на випуск серії Біоактивної пов'язки на основі колагену та гіалуронової кислоти	Ред. 01	від 20.04.2022

Сертифікат на випуск серії № 013На22
Біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти

Продукт	ГІАЛО4 Реген біоактивна пов'язка 5x5 см
Серія №	2М0112
Дата виробництва	2022 09 р.
Термін придатності	2027 08 р.
Кількість	2160 упаковок по 5 біоактивних пов'язок у кожній (контрольні зразки включені)

Опис	Межі	Результат
Розміри	5x5 - 5x10 - 10x10 - 10x15 см, ±10% Товщина 0,6 см (±0,2 см)	відповідає
Зовнішній вигляд	Пориста структура, біло-кремового кольору	відповідає
Загальний азот	> 16,40%	16,78%
Гідроксипролін	> 12,00 %	13,11%
Якісний аналіз NaHy	відповідає	відповідає
Біонавантаження (до стерилізації)	< 40 КУО/пластинка	10
Стерильність	Стерильний	відповідає

Відповідність за переліком
Візуальний контроль проведений

ТАК НІ
ТАК НІ

Мілан, 15.11.2022
Виконавчий директор
Хуан Мартін Зановелло
/підпис/

«ЕВРОРЕСЕАРЧ С.р.л.»
Відповідальний за забезпечення якості
Констанца Драгоні
/підпис/

Вх.ан. н 1778

15.09.23

EURORESEARCH


MOD.043

CERTIFICATO DI
RILASCIO PLACCHETTE
DI COLLAGENE CON
ACIDO IALURONICO

Rev.01

del 20.04.2022

CERTIFICATE of RELEASE N°013Ha2
COLLAGEN PLATES STERILE WITH HA



Product	HYALO4REGEN pad 5x5 cm
BATCH N°	2MOI12
MANUFACTURING DATE	2022 09
EXPIRATION DATE	2027 08
QUANTITY	2160 boxes of 5 plates each (control samples included)

DESCRIPTION	LIMITS	RESULTS
DIMENSIONS	5x5 - 5x10 - 10x10 - 10x15 cm, ±10% Thickness 0.6 cm (±0.2 cm)	conform
APPEARANCE	Spongy, ivory-white	conform
TOTAL NITROGEN	≥ 16.40%	16.78%
HYDROXYPROLINE	≥ 12.00 %	13.11%
QL ANALYSIS NAHY	conform	conform
BIOBURDEN (BEFORE STERILIZATION)	≤ 40 UFC/plates	10
STERILITY (IRRADIATION CERTIFICATE)	Sterile (irradiation performed)	conform

Check list conform
Visual control performed

YES NO
YES NO

Milan/ 15/11/2022

CEO

Juan Martin Zanovello

RA Manager

Antonio Barretta