

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування продукту:

RENU MULTIPLUS 120ML

Багатоцільовий розчин для догляду
за контактними лінзами

Номер партії : MJ0590

Термін придатності до: 03-2026

Контроль кінцевого товару	Методи	Обмеження	Результати
Прозорість	Візуальний	Прозорий	Тест пройшов
Колір	TP 8090	0-30 APHA	Тест пройшов
pH	TP 7801	7.0-7.4	Тест пройшов
Осмолярність	TP 7803	270-330 mOsmol/kg	Тест пройшов
EDTA	TP 8143	0.09-0.12 %	Тест пройшов
PHMB	TP 8145	1.1-1.3 ppm	Тест пройшов
НАР	TP 8144	0.025-0.035 %	Тест пройшов
Стерильність	IBP010	Стерильний	Тест пройшов
Об'єм	TP 7805	Не менш заявленого NLT вимоги до етикетки	Тест пройшов
Відповідність упаковки	QS016	Тест пройшов	Тест пройшов

РЕЗУЛЬТАТ - СХВАЛЕНО

ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛЬНОМУ СЕРТИФІКАТУ

Bausch & Lomb BV
(Підпис)

Handwritten signature

Handwritten signature

Контроль документа
(Підпис)

