

## Паспорт якості № 12/1121-329 від 21.12.2021

Назва продукції: **Медичний виріб : "АВІРУСПРЕЙ+[PLUS]"**

Номер партії: **169**  
 Кількість: **2477**  
 Дата виготовлення: **11/2021**  
 Термін дії: **11/2023**  
 Форма випуску: **спрей назальний дозований**

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна гелеобразна маса без сторонніх включень	Відповідає
Колір	В залежності від використаної сировини	Безкольоровий
Запах	Специфічний, притаманний запаху використаної сировини	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	5,0 - 8,0	7,4
МАФАМ (загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів), КУО в 1,0 г	100	<10
Наявність бактерій родини Enteribacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	Відповідає
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Об'єм, мл	15,0 ± 9 %	15,1
Маркування	Відповідність ТД UA.TR.753.D.32644872/TPG-001	Відповідає
Пакування	Відповідність ТД UA.TR.753.D.32644872/TPG-001	Відповідає

**Висновок:** виріб відповідає вимогам **ТД UA.TR.753.D.32644872/TPG-001**

Умови зберігання : вироби зберігають у пакуванні виробника, в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +2 °С до +10 °С.



**Н.С. Нікітенко**

*Вх ак. 15 1094  
30.03.23*