

Сертифікат аналізу

Дата: 28 липня 2020р.

Найменування: Люкспласт №7, 6х4.8см, нетканый (Очні дитячі) (104010161)

Лот та термін придатності: 200210 / 2025-02

Партія:AB2002001

	Показники	Аналіз	Од. вимірювання
Зовнішній вигляд	100% гідрозахисний нетканый поліестер	Відповідає	-
Розміри	6х4.8см	Відповідає	Довжина/Ширина +/- 2 мм
Межа міцності при розтягуванні		1.52кг	Ширина 1.0 кг/12мм
Сила приклеювання		438г	Ширина 150 г/12мм
Тест на стерильність		Не стерильний	За допомогою газу етилен оксиду

Найменування: Люкспласт №7, 7.2х5.6см, нетканый (Очні дорослі) (104010171)

Лот та термін придатності: 200210 / 2025-02

Партія:AB2002001

	Показники	Аналіз	Од. вимірювання
Зовнішній вигляд	100% гідрозахисний нетканый поліестер	Відповідає	-
Розміри	7.2х5.6см	Відповідає	Довжина/Ширина +/- 2 мм
Межа міцності при розтягуванні		1.52кг	Ширина 1.0 кг/12мм
Сила приклеювання		438г	Ширина 150 г/12мм
Тест на стерильність		Не стерильний	За допомогою газу етилен оксиду

Найменування: Люкспласт №20, 25х73мм, пластр з сріблом (104010101)

Лот та термін придатності: 200413 / 2025-04

Партія:CF2006001

	Показники	Аналіз	Од. вимірювання
Зовнішній вигляд	Стрічка прозорий еластичний поліуретанова з сріблом	Відповідає	-
Розміри	23х73см	Відповідає	Довжина/Ширина +/- 2 мм
Межа міцності при розтягуванні		1.09кг	Ширина 1.0 кг/12мм
Сила приклеювання		255г	Ширина 150 г/12мм
Тест на стерильність		Не стерильний	За допомогою газу етилен оксиду



Вх. ак. N 0137 від 26.10.2020

Затверджено: підпис і печатка
Менеджер з продажів

1 / 1