



ТОВ «Здравник»

Україна, 04073, м. Київ, Подільський р-н, вул. Сирецька, б. 28/2,  
тел.: (050) 331-79-15

### ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 04/24

Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ»,  
ємністю 240 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 2, 30 пакетиків по 2 г

Партія № 12.09.24

Кількість в партії 120 шт.

Дата виготовлення 12.09.24 р.


Використати до: 12.09.26 р.

Нормативна документація ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Визначаємі показник	Вимоги ТУ	Результати виробовувань
<b>Пристрій</b>		
Маркування	п.1.5 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Упаковка	п.1.6 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Комплектність	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ» ємністю 240 мл – 1 шт., інструкція з експлуатації, поєднана з паспортом – 1 шт., засіб для промивання – 30 шт. по 2 грама, анотація – 1 шт.	відповідає
Зовнішній вигляд поверхні деталей з пластмас	На поверхнях пристрою не допускаються сторонні включення, тріщини, відколи, зауття, розшарування, недоливи, гострі кромки, інші забруднення (частки матеріалів шліфування, полірування)	відповідає
Загальний вигляд	п.1.2.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Продуктивність пристрою	Продуктивність пристрою за одне стиснення повинна бути не менше 30 мл	45 мл
Відповідність комплексу конструкторської документації	п.1.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
З'єднання деталей	Поєднання всіх деталей пристрою повинно бути роз'ємним, щільним по посадці або різьбовим	відповідає
<b>Засіб для промивання</b>		
Зовнішній вигляд	Однорідний дрібнокристалічний порошок у вигляді круглої, квадратної, овальної, трикутної, плоскоциліндричної або двоопуклої форми. Допускається пресування кристалів через присутність вологи в натуральних компонентах	дрібнокристалічний порошок
Колір порошку	Білий	Білий
Запах	Слабкий запах мінералу	відповідає

Висновок: Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ», ємністю 240 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 2, 30 пакетиків по 2 г відповідає ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Директор \_\_\_\_\_



*Ірина Іванівна Вервеченко*