

14

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Cotton strips 7,2cm×1,9cm "H-Dr. House", 10pcs Набір пластирів медичних тканих 7,2cm×1,9cm "H Dr. House", 10 шт	Specification Розмір	7,2cm×1,9cm
Order No./ Заказ №	LXC22020168	Lot No./ Партия №	22020168
Quantity Кількість	36 000 pcs 36 000 шт.	Test Date Дата перевірки	2022.05.22
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20152141305	Date of report Дата звіту	2022.05.01
Дата виготовлення	2022.06	Термін придатності	2027.05

2022.06


Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідає	
2.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK Відповідає	
2.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	72.0±3.0	72.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	19.0±3.0	19.0	OK Відповідає
2.3	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5	0	OK Відповідає	
2.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	2.5	OK Відповідає	
2.5	Liquid absorption Поглинання рідини	g/100cm ²	≥5	11	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20152641305/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20152641305

Інспектор(Inspektor): _____

Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____



bx. an 0025

big 20.02.2023

Pen