

Фізична особа - підприємець Ленчін В.М.  
№ 2094621496, Харків-168, вул. Героїв Праці, 12 Є, 66,  
а.с. 2220, Харків – 120, т. (066) 286-45-44,

Паспорт якості № 01 від 04.04.2024 р.  
**ЙОД ЛКОЛ**  
водно-спиртовий розчин

Серія: № 010424

Дата виробництва 04.04.2024 р.

Кількість: 30 000 флаконів-олівців 5 мл(ml)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 12.2-18-5/4455 від 02.06.22

Нормативно-технічна документація: ТУ У 20.2-2094621496-002:2022

Найменування показника	Норма	Метод контролю	Результати випробувань
1	2	3	4
<b>Органолептичні та фізико-хімічні показники</b>			
Зовнішній вигляд та колір	Рідина коричневого кольору	Згідно 7.2	Відповідає
Запах	Без запаху	Згідно 7.2.	Відповідає
Показник водневих іонів при температурі 20°C, 1 % розчину, од.рН	2,5-3,5	Згідно 7.3	Відповідає
Густина при температурі 20°C, не більше, г/см <sup>3</sup>	0,817 – 0,903	Згідно 7.4	Відповідає
Масова частка спирту етилового (ізопропанол), %	23,5	Згідно 7.5	Відповідає
Йод кристаличний, г/100мл(ml).	2,8/5,0	Згідно 7.6	Відповідає
<b>Упаковка, маркування та зберігання засобів.</b>			
Упаковка	Флакон – олівець 5мл(ml).	Згідно 3.3.2	Відповідає
Маркування	Маркування споживчої тари виконується шляхом друкарського або офсетного друку або іншим способом, що забезпечує його чітке прочитання.	Згідно 3.4.1	Відповідає
Зберігання	У сухому місці при температурі не вище 25°C.	Згідно 8.2	Відповідає
Термін придатності	3 роки	Згідно 10.2	Відповідає

Висновок про відповідність: антисептичний дезінфекційний засіб ЙОД ЛКОЛ, водно-спиртовий розчин 5%, 5 мл(ml) відповідає показникам якості згідно ТУ У 20.2-2094621496-002:2022.

ФОП Ленчін В.М.



Вх. ан. б 1205  
22.05.24