



TONUS ELAST

SIA TONUS ELAST Reģ. Nr. 40003264768 Nīcas nov., Nīcas pag., "Pilskalni", LV-3473, Latvija.  
Tālr.: 634 31547, 634 34482, 634 84205, 26515350 fakss: 634 31280 E-pasts: info@tonus.lv www.tonus.lv

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**  
**Пояс медицинский эластичный послеоперационный,**  
**модель ELAST 9901**

2017 год 20 февраля

№ партии	08.2016
Дата выпуска	Август, 2016 года
Состав сырья, %	Полиэстер – 45
	Хлопок - 28
	Латекс - 27

Наименование показателей	Норма по нормативно-техническому документу	Результаты испытаний
Количество типоразмеров	6	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Изменение линейных размеров по ширине, мм	+/- 20	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Изменение линейных размеров при крае по длине, мм	Не более 5	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Изменение линейных размеров при пошиве на один шов, мм	Не более 2	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Нитки (швейные)	Сертификаты качества на нитки от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 27712
Застёжка <i>velcro</i>	Сертификаты качества от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 97.0.7661 FI Hohenstein
Растяжимость, %	Не менее 80	125
Поверхностная плотность г/кв.м:	не менее 550	560
Разрывная нагрузка, кгс:	не менее 15	30
Класс компрессии	0	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998

**Заключение:** изделие соответствует требованиям технических условий TN LR 210301169-06-1998

**Гарантийный срок хранения – 5 лет.**

Технолог вязального производства

Технолог швейного производства



Вх.ан. N 1210  
1211  
1212 от 14.06.17  
1213