

45

Ansell

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ					
НАЗВА ПРОДУКТУ	ENCORE® LATEX ORTHO, Латексні Хірургічні Рукавички Стерильні - Без Пудри			Серія:	23060072LC
ВИРОБНИК	АНСЕЛЛ ХЕАЛСКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ			Дата виробництва:	2023/06/28
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ	ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА			Термін придатності:	2026/06/28
Характеристики	Специфікації	Середнє значення	Мінімум	Максимум	
Фізичне вимірювання	S-2 AQL 4.0				
Мінімальна довжина, мм					
5.5	≥ 250	-	-	-	
6.0	≥ 260	-	-	-	
6.5	≥ 260	-	-	-	
7.0	≥ 270	300	297	303	
7.5	≥ 270	-	-	-	
8.0	≥ 270	-	-	-	
8.5	≥ 280	-	-	-	
9.0	≥ 280	-	-	-	
Ширина долоні, мм					
5.5	68-76	-	-	-	
6.0	72-82	-	-	-	
6.5	78-88	-	-	-	
7.0	84-94	91	91	92	
7.5	90-100	-	-	-	
8.0	96-108	-	-	-	
8.5	102-114	-	-	-	
9.0	108-120	-	-	-	
Фізичні властивості	Середнє значення				
Перед прискореним старінням					
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)			24.7 N	
Після прискореного старіння					
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)			23.6 N	

РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000ML)

План вибірки: G1 AQL: 0.65

РОЗМІРИ	РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ)	ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО	БРАКУВАЛЬНЕ ЧИСЛО	ВИЯВЛЕНО	ПРИЙНЯТО/ВІДХИЛЕНО
7.0	200	3	4	1	ПРИЙНЯТО

Номер документу **EX-S8-5-AF-B**

СЕРТИФІКАТ ІРРАДІАЦІЇ COBALT-60

Мінімальна доза: 25,00 кГр

* Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання компанією Ansell N.P. SDN. BHD.

Проаналізовано (підпис)

Затверджено (підпис)

Дата: 2023/08/23


Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

Переглянуто та затверджено:

Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)

Дата: 25-07-2023

* Довоповнений витяг перекладу



Dr. ea. 51800

05.09.2023