



## СЕРТИФІКАТ БІОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОДУКТ: СТЕРИЛЬНІ ГОЛКИ INSUPEN ORIGINAL ДЛЯ ІНСУЛІНОВИХ РУЧОК G31X6 мм

КОД: 02022989000030

ПАРТІЯ №: 2404720

ВІД: 04/2024

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ: 04/2029

ПРОТОКОЛ №: 179321

### Результат

ТЕСТ НА СТЕРИЛЬНІСТЬ: СТЕРИЛЬНІ	ПРОБА НА ПРОГЕННІСТЬ: АПРОГЕННІ
------------------------------------	------------------------------------

Казтанате-кон-Бернате, 02/08/2024

Технічне управління з медичних виробів

\_\_\_\_\_ \*підпис\*

МЕТОД: ІТАЛІЙСЬКА ОФІЦІЙНА ФАРМАКОПЕЯ ТА ПОТОЧНА  
ЄВРОПЕЙСЬКА ФАРМАКОПЕЯ  
ОРИГІНАЛЬНІ АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ РОЗТАШОВАНІ У ARTSANA UP30

PIKDARE	CERT_00043	Ред. 02 Дата видання 01/05/20	Стор. 1/1
Підготовлено : Corengia M. *підпис*	перевірено: Ciociola D. *підпис*	Затверджено: Branchi P. *підпис*	

Переклад вірний. Переклад здійснив перекладач ПрАТ «ІНДАР» Галінська Є.В. Диплом В20 №237138, виданий Київським національним лінгвістичним університетом 30.06.2020.

*Branchi P.*  
*20.08.2024*

