

88

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 031/12-2023 від 21.12.2023р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на полімерній основі 2,5 cm (cm) × 500 cm (cm) "FP Family Plast"
НОМЕР ПАРТІЇ	FP202312252
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	12913 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2023-12
ВИКОРИСТАТИ ДО	2028-12
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою намотану на шпуль стрічку полімерної плівки із рівномірним нанесенням пластирної маси на одну сторону
-------------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 500 cm (cm) ± 5 %	500 cm (cm)	Відповідає
	Ширина 2,5 cm (cm) ± 3,5 mm (mm)	2,5 cm (cm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на полімерній основі 2,5 cm (cm) × 500 cm (cm) "FP Family Plast" партії FP202312252, дата виготовлення грудень 2023р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 21.12.2023р

/ Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.



Рух. ац. № 0542 від 29.02.24