



7379
7484 2

SIA TONUS ELAST Reg. Nr. 40003264768 Nīcas nov., Nīcas pag., "Pilskalni", LV-3473, Latvija.
Tālr.: 634 31547, 634 34482, 634 84205, 26515350 fakss: 634 31280 E-pasts: info@tonus.lv www.tonus.lv

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Пояс поддерживающий медицинский эластичный,
с хлопком, универсальный,
модель ELAST 9806 "Gerda"

2017 года 20 февраля

№ партии	08.2016
Дата выпуска	Август, 2016 года
Состав сырья, %	Полиэстер – 39
	Латекс - 42
	Хлопок-19

Наименование показателей	Норма по нормативно-техническому документу	Результаты испытаний
Количество типоразмеров	3	Соответствует ТУ TN LR 210301165-05-2000
Изменение линейных размеров при крое по длине, мм	Не более 5	Соответствует внутренним ТУ (Приложение № 1)
Изменение линейных размеров при пошиве на один шов, мм	Не более 2	Соответствует внутренним ТУ (Приложение № 2)
Растяжимость, %	Не менее 80	120
Поверхностная плотность г/кв.м:	не менее 550	560
Разрывная нагрузка, Н(кгс):	не менее 147,0 (15)	17
Застёжка <i>velcro</i>	Сертификаты качества от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 97.0.7661 FI Hohenstein
Вспомогательные материалы (трилобальная бейка)	Сертификаты качества от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 35388
Нитки (швейные)	Сертификаты качества от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 27712

Заключение: изделие соответствует требованиям технических условий TN LR 210301165-05-2000

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Технолог вязального производства

Технолог швейного производства



[Signature]
08.06.2017