

Найменування по НД: <b>Банки масажні полімерні БМП Н-6 (набір)</b>	Кількість в партії, шт <b>2000</b>
<u>Комплектність:</u>	<u>Розміри (d – внутрішній діаметр, D – зовнішній діаметр, H – висота):</u>
1. Банки масажні полімерні БМП-20 - 2 шт,	d, mm - 20; D, mm - 39; H, mm - 80
2. Банки масажні полімерні БМП-35 - 2 шт	d, mm - 35; D, mm - 50; H, mm - 57
3. Банки масажні полімерні БМП-70 - 2 шт	d, mm - 50; D, mm - 75; H, mm - 80
Дата випуску <b>2024.03</b>	Номер партії <b>2024.03</b>
Дослідження проведені по:	<b>ТУ У 32.5-36232879-004:2012 зі зміною №1</b>
Виробник:	ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»
Адреса місцезнаходження:	Україна, м. Одеса, вул. Дальницька, 44
Телефон:	+380(67) 488-15-17

Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Метод контролювання	Результати досліджень
1 Зовнішній вигляд	Банка полімерна, внутрішня та зовнішня поверхня банки гладка, без задирок, тріщин, гострих кромок	п.1.1.1, 1.1.3 ТУ	Відповідає
2 Пружність	Відповідно НД	п.1.1.4 ТУ	Відповідає
3 Стійкість до обробки дезінфекційними засобами	Відповідно НД	п.1.1.5 ТУ	Відповідає
4. Стійкість до кліматичного впливу при транспортуванні	Відповідно НД	п.1.1.7 ТУ	Відповідає
5. Комплектність	Відповідно НД	п.1.3 ТУ	Відповідає
6. Маркування	Відповідно НД	п.1.4 ТУ	Відповідає
7. Термін придатності	Відповідно НД	п.1.1.8 ТУ	5 роки
8 Умови зберігання	При температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості не більше 80%	п.5.3 ТУ	Відповідає

Банки масажні полімерні стійкі до дезінфекції хімічним методом, який складається з дворазового протирання з інтервалом від 10 до 15 хв серветкою, яка просякнута 3% розчином перекису водню з додаванням 0,5% миючого засобу.

**Висновок:** Банки масажні полімерні відповідають вимогам

ТУ У 32.5-36232879-004:2012 зі зміною №1.

Начальник ВКЯ \_\_\_\_\_  
Тел.: +380(67) 485-00-18



Короткова А.Б.

*Вруч. 15.03.24*