

## Сертифікат аналізу

Компанія: ПРАТ Іллар

№ партії: ЕС21АВ00001-02445

Дата: 25 січня 2021

Дата аналізу: 11 січня 2021

Кількість: 2445 шт.

№ посилання: SA-2101-07

Назва виробу: Система моніторингу глюкози крові GlucoDr. auto A AGM-4000; GlucoDr. auto A Test Master; GlucoDr. auto A Test strip (25D); Ланцетний пристрій;

Ланцети (10EA) CR2032, чохол, інструкція.


Тестові елементи	Характеристика	Тестові процедури	Оцінка
1ше джерело напруги	32-38 мВ	Перевірка допустимого відхилення з використанням пристроїв QC(контроль якості)	пройшов
2ге джерело напруги	307-313 мВ	Перевірка допустимого відхилення з використанням пристроїв QC(контроль якості)	пройшов
Зовнішній вигляд	Збірка, ярлики та зовнішній кліренс	Візуальна експертиза	пройшов
Головний процес (операція)	Потужність, калібрація кнопок, зумер та датчик розпізнання	Перевірка всіх функцій використовуючи пристрої QC (контроль якості)	Пройшов
Процес самоконтролю	Тестова смужка	Калібровка з тестовою смужкою	пройшов
Ініціалізація	Ініціалізація пам'яті	Ініціалізація пам'яті зі спеціальною смужкою	пройшов

Увага: перевірити всю продукцію без запису.

(Logo) Allmedicus

*Валерій Олександрович*  
20.01.21

Затверджено  
Проаналізував дослідник Choi, Hye Jin  
Уповноважений менеджер Jung, Hye Sook



Форма 10-13 (2003.09.01)

Компанія All Medicus Ltd.

Переклад вірний. Переклад здійснив перекладач ПРАТ «ІНДАР» Репелька О.А. Диплом KB №43986243, виданий Київською гуманітарною академією 30.01.2013.