

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Non-Woven «H Dr. House» Пластик медичний на нетканій основі «H Dr. House»	Specification Розмір	3,8 cm (cm) × 3,8 cm (cm) 4 cm (cm) × 10 cm (cm) 6 cm (cm) × 10 cm (cm)
Order No./ Заказ №	LXC24010018	Lot No./ Партія №	24010018
Quantity Кількість	200 000 pcs 200 000 шт.	Test Date Дата перевірки	2024.02.10
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20152141305	Date of report Дата звіту	2024.02.10
Дата виготовлення	2024.02	Термін придатності	2029.01

Check result/Результат перевірки


Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
2.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластик має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK Відповідає	
2.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	38.0.0±3.0 100.0.0±3.0 100.0.0±3.0	38.0/100.0/100.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	38.0.0±3.0 40.0.0±3.0 60.0±3.0	38.0/40.0/60.0	OK Відповідає
2.3	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5	0	OK Відповідає	
2.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	2.9	OK Відповідає	
2.5	Liquid absorption Поглинання рідини	g/100cm ²	≥5	11	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20152641305/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20152641305

Інспектор(Inspektor): _____

Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____



Взяно / 18.7.25 09:07 ч. Ж