



Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Limited
Рекіт Бенкізер Хелскер Мануфакчурінг (Тайланд) Лімітед

65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10540
65 Муу 12, Лардкрабанг-Бангп्ली Роуд, Бангп्ली, Самутпракарн 10540

Tel: +66 (0) 2337 3620-28 Fax: +66 (0) 2337 3629-30

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

No/Номер : 3114220
PRODUCT NAME/Назва продукту : DUR,UA,STRAWBERRY 50MLX3X24
BATCH No/Номер серії : 310LL 4
MFG. DATE/Дата виробництва : 05-02-2022
EXP. DATE/Термін придатності : 05-02-2024

TEST/ПАРАМЕТРИ	SPECIFICATION/СПЕЦИФІКАЦІЇ	RESULT/РЕЗУЛЬТАТ
Appearance/Зовнішній вигляд	Clear, colourless to slightly pink gel free from lumps and extraneous matter / Прозорий гель, від безбарвного до світло-рожевого кольору без грудочок та включень	Clear, slightly pink gel free from lumps and extraneous matter / Прозорий гель, світло-рожевого кольору без грудочок та включень
Odour /Запах	Characteristic of strawberry/ Характерний для полуниці	Characteristic of strawberry/ Характерний для полуниці
Taste / Смак	Characteristic of strawberry/ Характерний для полуниці	Characteristic of strawberry/ Характерний для полуниці
pH at/при 25 °C	3.8 - 4.8	4.2
* Viscosity (RV4, 50 rpm, at 25 °C) В'язкість (RV4, 50 об/хв, при 25 °C)	1,500 – 4,000 cps/kPa·c	2,836 cps/kPa·c
Benzoic acid (% w/w) Бензойна кислота (% мас/мас)	0.143 – 0.157 % w/w / % мас/мас	0.146 % w/w / % мас/мас
** Microbial limits /Мікробіологічні ліміти:		
Total Aerobic Microbial Count (TAMC) Загальна кількість аеробних форм	NMT 200 cfu/g Не більше 200 КУО/г	Less than 200 cfu/g Менше ніж 200 КУО/г
Total Yeasts and Moulds Count (TYMC) Загальна кількість грибків та плісняви	NMT 20 cfu/g Не більше 20 КУО/г	Less than 20 cfu/g Менше ніж 20 КУО/г
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	Absent/g / Відсутнє/г	Absence / Відсутність
<i>Staphylococcus Aureus</i>	Absent/25g / Відсутнє/25г	Absence / Відсутність
<i>Candida Albicans</i>	Absent/g / Відсутнє/г	Absence / Відсутність
<i>Escherichia Coli</i>	Absent/g / Відсутнє/г	Absence / Відсутність

This product was analyzed and found to meet the specifications. This hereby certifies that the above information is authentic and accurate. This batch has been manufactured including packaging and quality control at the above-mentioned site in compliance with GMP requirements of the regulatory authority. RB declares that the product listed is in conformity with the essential requirements and provisions of Council Directive 93/42/EEC.

За результатами аналізу даний продукт було визнано таким, що відповідає вимогам специфікації. Цим засвідчується, що вищенаведена інформація є достовірною та точною. Дана партія була вироблена, включаючи пакування та контроль якості, на вищезазначеній фабриці, у відповідності до вимог GMP регуляторного органу. РБ повідомляє, що зазначений продукт відповідає основним вимогам і положенням Директиви Ради СС 93/42/ЕЕС.

* Refer result of viscosity from bulk / Відповідає результату визначення в'язкості в процесі виробництва

** Monitoring test / Моніторинговий тест

SIGN/ПІДПИС:

Menthisa N.

(Menthisa Naksena)

QA Inspector

Electronic
Signatures
Menthisa Naksena
Reckitt - Japorn
Date: Feb 12, 2022
19:29:04+7



Вхам № 0687 05 19087