

ХРОМАВІС (CHROMAVIS)

ФАРЕВА (FAREVA)

Сертифікат аналізу (СА)

Замовник:	Каро Хелскейр АВ	Код виробу замовника:	1000766
Назва виробу:	Nailner D Solution — Nailner Brush 2in1UA_1000766	Код виробу «Хромавіс»:	MD TRIM FUNG 219 152 14
Дата виготовлення нерозфасованого виробу:	2024-06-10	Серійний номер нерозфасованого виробу:	24061003
Дата заповнення:	2024-07-29	Номер серії готового виробу:	CA.BD
Кількість:	9 912	Термін придатності:	2027.06

ПАРАМЕТР	РЕЗУЛЬТАТ	ДІАПАЗОН	ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ	МЕТОД
ПЕРЕВІРКА НЕРОЗФАСОВОНОГО ВИРОБУ				
ЩІЛЬНІСТЬ (температура: 20 °С)	1,051	1,050–1,060	г/см³	N/118
СТАБІЛЬНІСТЬ (температура: 50 °С; тривалість випробування: 1 доба)	ПОЗИТИВНИЙ	ПОЗИТИВНИЙ	/	N/116
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ЗАПАХ*	ПОЗИТИВНИЙ	ПОЗИТИВНИЙ	/	N/115
ВИМІРЮВАННЯ pH	2,55	1,80–2,80	/	N/124
ПЕРЕВІРКА ГОТОВОГО ВИРОБУ				
ПЕРЕВІРКА НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ (–80 кПа, 3 хв)	ПОЗИТИВНИЙ	ПОЗИТИВНИЙ	/	N/120
ПЕРЕВІРКА НА РОЗКРУЧУВАННЯ	Мін.: 0,45 Макс.: 0,70	0,40–0,80	Нм	N/121
ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗАПОВНЕННЯ (ПОРОЖНІЙ–ПОВНИЙ)	Мін.: 5,210 Макс.: 5,590	4,500–6,440	мл	N/122
ВІЗУАЛЬНИЙ ОГЛЯД	ПОЗИТИВНИЙ	ПОЗИТИВНИЙ	/	N/119
ПЕРЕВІРКА ЧИТАБЕЛЬНОСТІ ШТРИХКОДУ	ПОЗИТИВНИЙ	ПОЗИТИВНИЙ	/	N/131
ПЕРЕВІРКА ДРУКУ НА СТИЙКІСТЬ	ПОЗИТИВНИЙ	ПОЗИТИВНИЙ	/	N/130
ПЕРЕВІРКА ЕТИКЕТОК	ПОЗИТИВНИЙ	ПОЗИТИВНИЙ	/	N/134
Статус:	Погоджено		Дата створення:	2024-08-13
Підготовлено:	Лілія Скерковська (Lidia Skierkowska)		Реліз:	Спеціаліст відділу якості

СТАТУС: прийнято

Друк відбувається автоматично: цей документ не містить підпису



«Хромавіс Сервіс Сп. з о.о.» (Chromavis Service Sp. z o.o.)
 Юридична адреса: Цеханув, вул. Роботнича 1, поштова скринька 06-400 (Ciechanów ul. Robotnicza 1, post 06-400)
 Тел.: +48 23 673 57 73, факс: +48 23 672 44 31 — ел. пошта chromavis@chromavis.pl — вебсайт www.chromavis.com
 XIV Wyzdziel Gospodarczy dla m.st. Варшава; KRS 0000245040; NIP: 566-16-93-072; REGON 130413224; BDO: 000027043; Kapital 784 000 Злотих

ФАРЕВА

For all 2895 by 19.09.24


Назва: Сертифікат відповідності	Документ	ІНС-0054
	Версія	6.0
	Статус	Чинний
	Чинний з	2024-02-29

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ - Трімб хелскер

Виріб	Nalner Brush 2in1 UA
Класифікація виробу	Медичний виріб класу ІІа
Номера артикула	1000766
Номер замовлення замовника	P10022419
Назва замовника	«КАРО»
Номер замовлення компанії «Трімб Хелскер» (Trimb Healthcare)	P10022419
Номер партії готового продукту	CA.BD
Компонент, що визначає термін придатності готового продукту	Нерозфасований виріб медичного призначення 219 152 0000, серія 24061003
Дата виготовлення цього компонента	10.06.2024
Термін придатності	2027. 06
Загальний розмір серії	9 912

Цим компанія «ЮМедікал Б.В.» (YouMedical B.V.), яка також здійснює свою діяльність під назвою «Трімб Хелскер», заявляє, що ця серія продукції виробляється та пакується відповідно до узгоджених специфікацій.

Серія продукції була випробувана та перевірена відповідно до планів перевірки якості виробництва та пакування та є такою, що відповідає узгодженим специфікаціям. Усі необхідні записи були зроблені та заархівовані для досягнення повного «контролю в процесі виробництва». Продукт також відповідає чинним нормам і стандартам.

Дата / Ім'я / Підпис	
Trimb Healthcare Barbara Strozziilaan 201 1083 HN, Amsterdam The Netherlands (Амстердам, Нідерланди) Телефон: +31 20 679 8529	