

УКРАЇНА
 ТОВ «АУП САРЕПТА-МЕДІПЛАСТ»
 м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18
 тел. +38 062 3047424
 факс. + 38 0622527018

Атестована
 ДП "Донецькстандартметрологія"
 18.02.13 № ВЛ-033/ 2013

Відділ контролю якості

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 178

Лейкопластир **Спласт**[®] бактерицидний
 на тканинній основі
 1,9 x 7.2 см

Дата виготовлення: **ЧЕРВЕНЬ 2015 р.**

№ серії: **210615**

Кількість продукції в серії **350 000 шт.**

Аналіз виконано за ТУ У 24.4-30962188-003:2005, Зміні №1,2,3,4,5 до реєстраційного посвідчення № 4127/2005

Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
Зовнішній вид	Лейкопластирі не повинні мати плям, забруднень та складок.	Лейкопластирі не мають плям, забруднень та складок
Особливості	Лейкопластир на тканинній основі з клеєм, з перфорацією або без неї, з прокладкою, насиченою бактерицидною речовиною (хлоргексидину біглюконата або брильянтового зеленого). Прилипаючий шар лейкопластиру і прокладка захищені плівкою, ламінованим або сіліконізованим папером. Лейкопластир запакований в паперову чи іншу упаковку.	Лейкопластир на тканинній основі білого кольору з клеєм, з перфорацією, з прокладкою, насиченою бактерицидною речовиною (брильянтового зеленого). Прилипаючий шар лейкопластиру і прокладка захищені сіліконізованим папером. Лейкопластир запакований у паперову упаковку.
Клеючий шар лейкопластирів	Клеючий шар лейкопластирів має бути рівномірно нанесений на основу і не повинен відриватися від основи при зніманні плівки (паперу).	Клеючий шар лейкопластирів рівномірно нанесений на основу і не відривається від основи при зніманні паперу.
Розмір	(1,9 ± 0,3 x 7,2 ± 0,5) см	(1,9 x 7,2) см
Комплектність	Згідно вимог ТУ	1 шт
Пакування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Зберігання	В сухому, захищеному від світла та обігрівачів місці, при температурі від 10°С до 35° С, з відносною вологістю повітря до 80 % при 25° С.	Відповідає
Строк придатності	5років	5 років

Висновок: Лейкопластирі **Спласт**[®] бактерицидні на тканинній основі 1,9 x 7.2 см серії 210615 відповідають вимогам ТУ У 24.4-30962188-003:2005, Зміні №1,2,3,4,5 за перевіреними показниками

В. о. начальника ВКЯ

08.07.15 р

Вангородська А. С.



Вз. ам. / 1921 от 03.08.16