



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СКЛОПРИЛАД"

Сторона 1 з 11

Система управління якістю  
сертифікована за вимогами  
стандарту  
DIN EN ISO 9001:2015  
DIN EN ISO 14001:2015

вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська обл., 37240



**СЕРТИФІКАТ № 122**  
**якості виробника на виріб медичний**

**Ємкість для сечі 60 мл**  
**стерильна**

№ з/п	Найменування показника	Відповідає за якістю вимогам ТУ У 22.2-14307481-059:2017
1	Позначення партії	042024
2	Дата виготовлення	2024-04
3	Мікробіологічний статус	Стерильно. Радіаційний метод
4	Призначення	Для збору, транспортування та зберігання зразків сечі.
5	Матеріал	- емкість з полімерного матеріалу; - кришка з полістилену низького тиску
6	Зовнішній вигляд	Виріб виготовлений у вигляді порожнього напівпрозорого циліндра з герметично загвинчуваною зеленою кришкою. На внутрішній поверхні емкості виконано градуювання, а на зовнішній – невелике матова поле для нанесення записів. Поверхня виробу чиста, гладка, без бульбашок, тріщин та отворів та тріщин.
7	Розміри, мм	- емкість: Ø 48x62; - кришка: Ø 48,8x12,5; - у зібраному стані: Ø 48,8x63
8	Вага, не більше, г	12
9	Пакування	Пакет поліетиленовий, містить 1 шт.

**IVD** *in vitro* діагностика

Ємкість для сечі 60 мл, стерильна – виріб одноразового використання.

Термін зберігання емкостей в індивідуальній упаковці – 5 років з дати виготовлення.

Умови зберігання: 5°C 35°C

**ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ:** після транспортування в умовах мінусових температур емкості в транспортній тарі повинні бути витримані в нормальних кліматичних умовах не менше 2 годин.

Заступник голови правління  
ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"

Людмила СКРИПНИК  
(особистий підпис)

01.07.2024  
(дата)

Заступник начальника відділу ТУЯ та  
ТК з питань технічного контролю

Тетяна ПРОЩЕ  
(особистий підпис)

01.07.2024  
(дата)



Вх. ам. 1100  
17.04.24