

JZ

JIANG SU NAN FANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналіза на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Kids set 16 pcs "H Dr. House" Набір пластирів медичних водостійких "Дитячий" "H Dr. House" 16шт		Specification розміри	72mm×19mm 38mm×38mm 72mm×38mm		
Order No./Заказ №	LXC21050567		Lot No./Партія №	21050567		
Quantity Кількість	256 000pcs 256 000шт		Test Date Дата перевірки	2021.09.17		
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20152141305		Date of report Дата звіту	2021.09.24		
Дата випуска	2021.07		Срок годности	2026.06		
Check result/Результат перевірки						
Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од.ви мірювання	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Дані перевірки (середні)	Actual Result Результат	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	--	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, без плям, без отворів, зовнішня поверхня не пропускає клей	--	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Основний розмір	Backing Length Довжина	mm	72.0±3.0 38.0±3.0 72.0±3.0	72.0 38.0 72.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	19.0±3.0 38.0±3.0 38.0±3.0	19.0 38.0 38.0	OK Відповідає
	Absorbed rate Показник абсорбції	--	> pad weight × 6 > Вага подушечки × 6	9.6	OK Відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.4	OK Відповідає	
Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard Su Chang machinery equipment 20152141305 / Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту						

Інспектор (Inspector):



Рецензент (Review):

Ву ан N 0916
20.03.23