

Ansell

| СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| НАЗВА ПРОДУКТУ | ENCORE® LATEX ORTHO, Латексні Хірургічні Рукавички Стерильні - Без Пудри | | Серія: | 2403 0100LC |
| ВИРОБНИК | АНСЕЛЛ ХЕАЛСІКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ | | Дата виробництва: | 2024/03/25 |
| УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ | ТОВ «КАПИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА | | Термін придатності: | 2027/03/25 |
| Характеристики | Специфікації | Середнє значення | Мінімум | Максимум |
| Фізичне вимірювання | S-2 AQL 4,0 | | | |
| 8.5 | Мінімальна довжина, мм | 302 | 298 | 307 |
| 8.5 | Ширина долоні, мм | 110 | 110 | 111 |
| | Товщина, мм (одинарна) | | | |
| Палець | 0.13 мм | 0.344 | 0.324 | 0.357 |
| Долоня | | 0.309 | 0.301 | 0.328 |
| Манжета | | 0.251 | 0.237 | 0.266 |
| Фізичні властивості | Середнє значення | | | |
| Зусилля на розрив | Перед прискореним старінням | | 21.1 Н | |
| Зусилля на розрив | Після прискореного старіння | | 14.9 Н | |
| Результат | Вміст пудри, розмір виборки: 6 шт. (Максимум: 2 мг/рук) | | | 0.10 |

Переглянуто та затверджено:
Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)
Дата: 08/05/2024

РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000ML)

План вибірки: G1 AQL: 0.65

| РОЗМІРИ | РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ) | ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО | БРАКУВАЛЬНЕ ЧИСЛО | ВИЯВЛЕНО | ПРИЙНЯТО/ВІДХИПЕНО |
|---------|---------------------|------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 8.5 | 200 | 3 | 4 | 0 | ПРИЙНЯТО |

Переглянуто та затверджено:
Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)
Дата: 26-Бер-2024

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Номер СОП: EX-S8-5-AF-B | СЕРТИФІКАТ ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ |
| Мінімальна доза: 25,00 кГр | |
| * Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання компанією Ansell N.P. SDN. BHD. | |
| Проаналізовано (підпис) Затверджено (підпис) Дата: 2024/05/29 | |

Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

* Додатковий витяг переказу



For all next ver 12092024 lff