

Паспорт
на Тест для діагностики ВІЛ-інфекції
СІТО TEST® ВІЛ
ТУ У 24.4-32208905-001:2010

серія: HIV24060003
каталожний номер: BVILCS31
термін придатності: 03.06.2026 р.

2. Показники специфікації:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУВАННЯ	ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧУТЛИВІСТЬ	Позитивний	10 хвилин
СПЕЦИФІЧНІСТЬ	Негативний	20 хвилин

2. Зовнішній вигляд та комплектність:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ
Тест-касета	Пройшов
Піпетка	Пройшов
Буфер	Пройшов
Серветки спиртові 2 шт.	Пройшов
Рукавички медичні нестерильні	Пройшов
Скарифікатор (ланцет)	Пройшов
Інструкція	Пройшов

Показники якості Тест для діагностики ВІЛ-інфекції СІТО TEST® ВІЛ, серія HIV24060003, відповідають ТУ У 24.4-32208905-001:2010.

Серію визнано придатною до використання.

Менеджер з контролю якості: Вустенко М.

Підпис

Дата 16.07.2024 р.

Вустенко М. В.

16.07.2024

