

118183

[Бланк компанії Ашур Тек. (Ханчжоу) Ко. Лтд.]

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ОПИС ПРОДУКТУ: МІЛІСТАН КОМБІ назальний тест
Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу А/В

КОД ПРОДУКТУ	НОМЕР СЕРІЇ	РОЗМІР СЕРІЇ	ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ	ДАТА ВИРОБНИЦТВА	ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Не застосовується	I2401296	10000 шт.	12.2025	01.2024	Відповідає вимогам

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКТУ

ВИПРОБУВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ	ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
Позитивний зразок на COVID-19, високі значення	Позитивний	ВІДПОВІДАЄ
Позитивний зразок на COVID-19, низькі значення	Позитивний	ВІДПОВІДАЄ
Негативний зразок	Негативний	ВІДПОВІДАЄ
Позитивний зразок на ГРИП А, високі значення	Позитивний	ВІДПОВІДАЄ
Позитивний зразок на ГРИП А, низькі значення	Позитивний	ВІДПОВІДАЄ
Позитивний зразок на ГРИП В, високі значення	Позитивний	ВІДПОВІДАЄ
Позитивний зразок на ГРИП В, низькі значення	Позитивний	ВІДПОВІДАЄ
Негативний контрольний зразок	Негативний	ВІДПОВІДАЄ

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТУ:


У продукті та під час його виробництва не використовуються жодні радіоактивні матеріали будь-якого виду.

Вищезазначений продукт не містить вірусів, проміжних продуктів реакцій вірусів і проміжних продуктів метаболізму вірусів гепатиту А, В, С та D.

Якщо цей продукт поставляють у нефасованому вигляді, компанія Ашур Тек. (Ханчжоу) Ко. Лтд. (Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd.) не несе жодної відповідальності щодо претензій з приводу упаковки та інформації, що зазначається на етикетці.

/Підпис/

04-03-2024

Переклад вірний (Перекладач Представництва "Мілі Хелскере Лімітед" в Україні)
Губарець Діана Ігорівна, диплом магістра КВ № 46023211, виданий 15.02.2014
(спеціальність "Переклад") () дата 18.03.2024



CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT DESCRIPTION: COVID-19&Influenza A/B Antigen Nasal test kit

PRODUCT CODE	LOT NUMBER	LOT AMOUNT	EXPIRATION DATE	MFG	PHYSICAL APPEARANCE
N/A	I2401296	10000PCS	2025-12	2024-01	Conforms

PRODUCT TEST RESULTS

TEST	STANDARDS	RESULT
COV-High	Positive	PASS
COV-Low	Positive	PASS
Negative samples	Negative	PASS
FLU A High Positive	Positive	PASS
FLU A Low Positive	Positive	PASS
FLU B High Positive	Positive	PASS
FLU B Low Positive	Positive	PASS
Negative Control	Negative	PASS

PRODUCT MANUFACTURING:

No radioactive material of any kind is utilized in the product, or in the manufacturing of the product.

The product specified above does not contain any virus, reagent by-product of the same, or metabolic byproduct of Hepatitis A, B, C, or D.

If this product is shipped as bulk, Assure Tech (hangzhou)Co.,Ltd. assumes no responsibility for the packaging and label claims.

Yanci

2024-03-04