



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2102/26

Маска медична тришарова на резинках +103®
колір блакитний

Серія № XIN2012

Дата виготовлення: 11.2020

Термін придатності: 11.2025

Кількість продукції в серії: 2 020 000 шт.

Декларація про відповідність №02-2019 від 10.02.2020

Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-007

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні не повинно бути ділянок забруднення, сторонніх включень. Однорідного кольору, без розривів, дефектів. Колір: блакитний/зелений/білий/рожевий	Маска медична блакитного кольору, тришарова, неткана, з вушною конструкцією, з гнучким носовим дротом, без забруднення, сторонніх включень.	Відповідає
Матеріал	Медичний спанбонд / фільтруючий шар мельтблаун / медичний спанбонд	Медичний спанбонд / фільтруючий шар мельтблаун / медичний спанбонд	Відповідає
Розміри	Довжина – 17,5 см ± 0,2см	17,5 см	Відповідає
	Ширину – 9,5 см ± 0,2см	9,5 см	Відповідає
	Розмір 17,5x9,5	17,5x9,5 см	Відповідає
Виконання	3- шарові	3- шарові	Відповідає
Ефективність бактеріальної фільтрації – (%)	≥98%	≥98%	Відповідає
Диференціальний тиск/повітропроникність - (Па/см ²)	<60 Па/см ²	<60 Па/см ²	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-007	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

Висновок: Маска медична тришарова на резинках +103® колір блакитний. Серія № XIN2012, дата виготовлення: 11.2020, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-007 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 40°C та вологість не більше 80%.

Заступник директора з виробництва
11.02.2021р.



Зименко О.В.

М.м. №1088 від 14.04.2021