



# HENSON

Maiņa iela 76/78  
Rīga LV-1009  
Latvija  
Reg. Nr. 40009050573  
Tālrunis: +371 7312146  
Fakss: +371 7296829  
e-mail: henson@henson.lv

## СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ТОВ Хенсон

Найменування продукції  
**MULTISON 240 МЛ**  
LOT ПН7/24

Термін придатності до: 10/2026

Види контролю	Показники	Результати
Прозорість	Прозорий	ТЕСТ ПРОЙШОВ
рН-показник	7.0-7.4	ТЕСТ ПРОЙШОВ
Осмоляльність	270-330 mOsmol/Kg	ТЕСТ ПРОЙШОВ
EDTA	0.09-0.12 %	ТЕСТ ПРОЙШОВ
РНМВ	1.1-1.3 ppm	ТЕСТ ПРОЙШОВ
НАР	0.025-0.035 %	ТЕСТ ПРОЙШОВ
Стерильність	СТЕРИЛЬНИЙ	ТЕСТ ПРОЙШОВ

ОБ`ЄМ

Відповідає вказаному на етикетці

ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛУ СЕРТИФИКАТУ

ТОВ Хенсон

РЕЗУЛЬТАТ

СХВАЛЕНИЙ

КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТА

(Підпис)



*Відповідає вказаному на етикетці*