

Vishpha<sup>®</sup>  
pharm factory



ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА"  
м. Житомир  
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5, т. 48-11-31, т/ф. 48-11-28




Сертифікат якості № 23 397

1. Назва продукції: ПІКОСЕН® РЕКТА клізма  
2. Країна-виробник: Україна  
3. Склад: 1 флакон розчину містить: натрію дигідрофосфату дигідрату – 17,55 г, натрію гідрофосфату додекагідрату – 10,09 г; допоміжні речовини: камідь ксантанова, натрію метилпарагідроксibenзоат (Е 219), сорбінова кислота, вода очищена  
4. Розмір та тип пакування: по 120 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці  
5. Номер партії: 11024  
6. Дата виробництва: жовтень 2024  
7. Дата закінчення терміну придатності: 10.2027  
8. Назва, адреса дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» за адресою: Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський район, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4  
9. Декларація про відповідність медичних виробів: № 3  
10. Контроль якості:

Розмір партії: 2 071 шт.

Показники	Вимоги НД (СГП/16)	Результати
Зовнішній вигляд	Рідина із специфічним запахом	Відповідає
Ідентифікація	Згідно СГП/16	Відповідає
Відносна густина	Від 1.045 до 1.155	1.14
pH	Від 5.0 до 6.0	5.2
Показник заломлення	Від 1.310 до 1.391	1.357
Об'єм вмісту упаковки	Не менше 120 мл	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Згідно СГП/16	Відповідає
Упаковка	По 120 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	Відповідає

11. Висновок: Медичний виріб ПІКОСЕН® РЕКТА клізма відповідає вимогам ТУ 32744083-003:2020 за перевіреними показниками  
12. Прізвище особи, яка видала дозвіл на випуск партії: Жарська Р.А. Уповноважена особа з якості  
13. Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск партії: \_\_\_\_\_ 14. Дата підписання: 07.11.2024



Вр.ан. 50194  
08.11.24