



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №9

Назва продукції	Виконання
Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності, ТМ "Білосніжка"	шириною 8,0 см, довжиною 1,0 м
	шириною 8,0 см, довжиною 1,5 м
	шириною 8,0 см, довжиною 2,0 м ✓
	шириною 8,0 см, довжиною 2,5 м
	шириною 8,0 см, довжиною 3,0 м
	шириною 8,0 см, довжиною 4,0 м
	шириною 8,0 см, довжиною 5,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 1,5 м
	шириною 10,0 см, довжиною 2,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 3,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 4,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 5,0 м

Виробник

Декларація про відповідність

Дата виготовлення

Дата закінчення терміну придатності

Номер партії (LOT)

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ДВ-5

2024-09

2029-09

09

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Еластична стрічка, невібілена білого або тілесного кольору, без зовнішніх дефектів. Краї бинта обметані.	Відповідає
2	Ширина, см	(8,0±0,5) (10,0±0,5)	Відповідає
3	Довжина, м	(1,0±0,05); (1,5±0,05); (2,0±0,05); (2,5±0,05); (3,0±0,15); (4,0±0,2); (5,0±0,2)	Відповідає
4	Розтяжність, %	не менше 190	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м ²	від 100 до 900	Відповідає
6	Розривне навантаження, Н (кгс), не менше	147 (14)	Відповідає
7	Кривизна бинта, см, на 100 см, не більше	5	Відповідає
8	Стійкість до прання та усадки, %, не більше	20	Відповідає
9	Комплектність, маркування та пакування	пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
10	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(Посада)



(Signature)
(Підпис)

Наталя ОУХІНІНА



Дата оформлення паспорту 09.2024р.

Вх-ам Ю140 від 11.11.2024