

## JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

## Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Dressing non-woven sterile "H Dr. House" Пов'язка клейка стерильна на нетканій основі "H Dr. House"	Specification Розмір	6cm×8cm, 10cm×15cm, √10cm×20cm
Order No./ Заказ №	LXC22020168	Lot No./ Партія №	22020168
Quantity Кількість	75 000 pcs 75 000 шт.	Test Date Дата перевірки	2022.05.21 2022.05.22
Sterile no:	20220521-5-1,20220522-5-2, 20220522-5-1	Date of report Дата звіту	2022.05.21 2022.05.22
Дата виготовлення	2022.06	Термін придатності	2027.05

## Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, змашеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	80.0/150.0/200.0±3.0	80.0/150.0/200.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	60.0/100.0±3.0	60.0/100.0	OK Відповідає
4.3	Absorber rate Показник абсорбції	--	>pad weight × 6 >Вага подушки × 6	15	OK Відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.8	OK Відповідає	


Sterilization date: 2022.05.21, 2022.05.22, sterile no: 20220521-5-1,20220522-5-2, 20220522-5-1

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20152641305/Висновки перевірки продукції відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20152641305

Інспектор(Inspektor):

Рецензен(Review):

Затверджувач(Approver):



Bx ANN0931  
20.03.23 ✓