



Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD

Add: No. 668 Chanhua Road, Yi'nan Industrial Area, Yiwu City, CHINA.
Tel: 0086-579-85581308 Fax: 0086-579-85582308

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування продукту: стерильний хірургічний пластир на нетканій основі
«Леопед»

Розмір : 9см x 30см
Серія : 20230607
Дата виробництва : 2023.06
Термін придатності до : 2028.05
Тип клейкого слою : гіпоалергенний на основі акрилу
Матеріал : пориста, еластична неткана основа

Ми підтверджуємо, що вищевказаний продукт протестований, проінспектовано і відповідає своїм характеристикам. Результати проведених аналізів наступні:

<u>Метод контролю</u>	<u>Одиниця вимірюван ня</u>	<u>Стандарт</u>	<u>Метод</u>
Вага клеючої речовини	г/м ²	мін.35	YY0148
Вага носія	г/м ²	мін.50	YY0148
Межа міцності вага подушечки	гф/см	мін.200	YY0148
Міцність на розтяг	г/м ²	мін.71	YY0148
	%	мін. 2.0	YY0148
Передача водних парів у клейовій речовині	г/м ²	мін.500	YY/T0471.1
Поглинання	%	мін.300	YY/T0471.1

Метод стерилізації: з використанням оксид етилену
EN 552: 1995

Кількість в упаковці : 25 пластирів

Кількість в коробі : 40 уп.

** Зберігати в сухому місці при температурі від 5⁰С до 30⁰С

Хан Чанг Минг
R&D і адміністрація контролю якості

Дата: 01.06.2023

Вх. акт на 121 кг 04.10.24 Ол