40

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Виробнича хіміко-аналітична лабораторія
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія
Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «20» лютого 2023 р

Найменування продукції:		***Кисень газоподібний в аерозольній упаковці «ОКС-O_2»***	
Номер партії(серія):	***010***	Розмір серії:	**5 000 упаковок**
Дата виробництва: Придатний до:	***02.2023*** ***08.2024***	Термін придатності:	18 місяців
Упаковка:	Балончик 8 літрів з маскою	Аналіз виконано згідно:	ТУ У 20.1-36226540-013:2020
Умови зберігання:	Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, при температурі не вище +50°С.		

№	Назва показника	Характеристика та значення	Результати випробувань
1	Висота балончика Н, мм	218± 0,4	Відповідає
2	Висота балончика з маскою, мм	270± 2	Відповідає
3	Діаметр балончика D,мм	66±0,3	Відповідає
4	Тиск газу заправленого балончика: -при 20^0 С, МПа (кгс/см^3) не більше - при 50^0 С, МПа (кгс/см^3) не більше	0,85 (8,5) 1,13 (11,5)	Відповідає
5	Маса балончика брутто, г	72± 2	Відповідає
6	Маса кисню в балончику, г	8± 0,5	Відповідає
7	Опис	Безбарвний газ без запаху і смаку, не горить, але є сильним окисником, інтенсивно підтримує горіння, може сприяти спалаху горючих матеріалів	Відповідає
8	Ідентифікація	Скалка, що тліє, будучи внесена у посудину з киснем спалахує і горить яскравим полум'ям	Відповідає
9	Запах	Відсутній	Відповідає
10	Об'ємна частка кисню, % не менше	99,5	Відповідає
11	Ступінь евакуації вмісту КАУ, %, не менше	97	Відповідає
12	Працездатність клапана КАУ	Повинен витримувати випробування	Відповідає

Висновок: **Кисень газоподібний в аерозольній упаковці «ОКС-O_2»** *відповідає вимогам* ТУ У 20.1-36226540-013:2020

Завідувач виробничої
хіміко-аналітичної лабораторії ***Васильєва В.В***

Вхідний 238006 0306 28