



СЕРТИФІКАТ БІОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОДУКТ: СТЕРИЛЬНІ ГОЛКИ INSUPEN ORIGINAL ДЛЯ ІНСУЛІНОВИХ РУЧОК G31X5 мм

КОД: 02022902000030

ПАРТІЯ №: 2404766

ВІД: 04/2024

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ: 04/2029

ПРОТОКОЛ №: 179173

Результат

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ТЕСТ НА СТЕРИЛЬНІСТЬ: СТЕРИЛЬНІ | ПРОБА НА ПРОГЕННІСТЬ: АПРОГЕННІ |
|------------------------------------|------------------------------------|

Казтанате-кон-Бернате, 01/08/2024

Технічне управління з медичних виробів

_____ *підпис*

МЕТОД: ІТАЛІЙСЬКА ОФІЦІЙНА ФАРМАКОПЕЯ ТА ПОТОЧНА
ЄВРОПЕЙСЬКА ФАРМАКОПЕЯ
ОРИГІНАЛЬНІ АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ РОЗТАШОВАНІ У ARTSANA UP30

Dr. Elena Branchi
09.10.2024

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| PIKDARE | CERT_00043 | Ред. 02 Дата видання 01/05/20 | Стор. 1/1 |
| Підготовлено : Corengia M. *підпис* | перевірено: Ciociola D. *підпис* | Затверджено: Branchi P. *підпис* | |

Переклад вірний. Переклад здійснив перекладач ПрАТ «ІНДАР» Галінська Є.В. Диплом В20 №237138, виданий Київським національним лінгвістичним університетом 30.06.2020.

