

43

/Лого НТС С.р.л./	Сертифікат аналізу					
	ID	M_MDIST02_3	Версія	01	Дата версії	18/10/2021

Продукт: Алергікс Фрі

Номер серії: 032 23

Дата виробництва: 11/2023

Термін придатності: 11/2026


Кількість: 12 369

Тест	Специфікація	Результат
Зовнішній вигляд	Прозорий жовтий розчин без часточок	Відповідає
pH	7.05-7.35	7.13
Осмолярність (мОсмоль/кг)	280-320 мосмоль/кг	294 мосмоль/кг
В'язкість	2-6 сП	4 сП
Аналіз екстракту насіння перили	90-120% від заявленої кількості	93%
Аналіз натрію гіалуронату	90-120% від заявленої кількості	93%
Стерильність	Стерильно	Стерильно

Цей сертифікат аналізу, виданий НТС, містить аналітичні дані, виконані власним субпідрядником, оскільки НТС не проводить безпосередньо аналітичні випробування готової продукції.
НТС видає сертифікат аналізу відповідно до вимог замовлення на закупівлю.

Мілан, 20.12.2023

НТС Срл
Крістіна Канту
Менеджер з контролю якості
/підпис/



*Вх. сер. 151321
17.04.24*